ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

153000, г. Иваново, ул. Почтовая, д. 31/42. Телефон (4932) 32-84-85, факс (4932) 41-60-79. E-mail: post@csm.ivanovo.ru

СЕРТИФИКАТ О КАЛИБРОВКЕ

№ 2021-330/120k

Средство измерений:	Прибор для испытания на сопротивление
продавливанию картона и го	фрокартона ИТС 7036
продавина протигно	наименование, тип
Заводской номер: 40	The state of the s
Пределы измерений:	от 0 до 40 кгс/см ²
	TOWN OF TOP AGE IN
Принадлежащее	ООО «НПО Эталон»
CIEN ME AN	наименование юридического (физического) лица, ИНН ИНН 3702109540
Условия калибровки:	Температура окружающего воздуха $22.0~^{\circ}$ С,
относительная влажность воз	духа 48,1 %, атмосферное давление 99,3 кПа
Результаты калибровки:	см. на обороте
NB O	
М.П. 2 б 1	My My Or My Dy Co
Начальник отдела	Любас
ПиК ТТ и ФХ СИ	Алексей Петрович
Должность руководителя подразделения	я (подпись) (инициалы, фамилия)
Инженер 1 категории по	Проворникова
метрологии	Елена Николаевна
o the Alexander	(подпись) (инициалы, фамилия)
2021	

Калибровка проведена в соответствии с:

Калибровка произведена с применением эталонов:

Манометр образцовый МО № 4007, от 0 до 6 МПа

Результаты калибровки:

Показания по эталону: кгс/см ²	Показание прибора кгс/см ²
0	0 0
5 10	5,040
10	10,090
15	15,328
20	20,061
25	25,249
30	30,231
35	35,124
40	40,212

(подпись)

Начальник отдела

ПиК ТТ и ФХ СИ Должность руководителя подразделения

Инженер 1 категории по метрологии

28 апреля 2021

Любас Алексей Петрович (инициалы, фамилия)

Проворникова Елена Николаевна

(инициалы, фамилия)