



РОСС RU.0001.310096

* Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ 20-24-1181

Действительно до
«04» ноября 2021 г.

Средство измерений Индикатор часового типа торговой марки

наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

"NORGAU" типа 042 042, рег.№ в ФИФ 63681-16

заводской (серийный) номер F 05921

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объёме

наименование единиц величин, диапазон измерений, на которых поверено средство измерений

В СООТВЕТСТВИИ С

МП 63681-16 "Индикаторы часового типа торговой

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

марки "NORGAU" серии 042 035, 042 042. Методика поверки." Утвержденным ФГУП "ВНИИМС"

с применением эталонов: 3.2.ГЖЕ.0002.2015 3 разряда

регистрационный номер и (или) наименование, тип,

заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура

перечень влияющих факторов

воздуха 20,3°C; относительная влажность воздуха 55 %

нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано

ненужное зачеркнуть

пригодным к применению

Знак поверки



Главный метролог

ПОДПИСЬ

Поверитель

ПОДПИСЬ

Мишина
Людмила Михайловна

ФАМИЛИЯ, ИМЯ И ОТЧЕСТВО (при наличии)

Киселева

Анастасия Игоревна

ФАМИЛИЯ, ИМЯ И ОТЧЕСТВО (при наличии)

Дата поверки

«05» ноября 2020 г.

диапазон измерений 0-25 мм

Поверитель


подпись

**Киселева
Анастасия Игоревна**
ФАМИЛИЯ, ИМЯ И ОТЧЕСТВО (при наличии)

Срок действия аттестата аккредитации - бессрочно

111524 г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 23, эт. 1, пом. 1
Тел/факс (495) 796-92-75, www.calibronrnc.ru