



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ" (ФБУ "ВОЛОГОДСКИЙ ЦСМ")
наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-БК/07-04-2021/57232021

Действительно до 06.04.2022

Средство измерений Весы автомобильные: ВТА; ВТА-60-18-3-3-П; Рег. № 63157-16
наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер 1193
заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе поверено В полном объеме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки

в соответствии с ГОСТ OIML R 76-1-11
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 811-66 Гири образцовые 4-го разряда параллелепипедные ГО-20 1-100 1971 Эталон
регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или) 4-го разряда приказ 2818 от 29.12.2018 об утверждении Государственной поверочной схемы: 36068-07 Гири
средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам классов точности E1, E2, F1, F2 и M1 Нет данных 28325641 2012 Эталон 4-го разряда приказ 2818 от 29.12.2018 об утверждении Государственной поверочной схемы: 36068-07 Гири классов точности E1, E2, F1, F2 и M1 Нет данных 28325476 2012 Эталон 4-го разряда приказ 2818 от 29.12.2018 об утверждении Государственной поверочной схемы: 2661-70 Гири образцовые 4-го разряда 500, 1000, 2000 кг ГО-4-500, ГО-4-500ц, ГО-4-1000, ГО-4-2000 1...23 1983 Эталон 4-го разряда ГПС, утв. Приказом Росстандарта № 2818 от 29.12.2018

при следующих значениях влияющих факторов: температура: 2°C; атм. давление: 98,8кПа; отн. влажность: 56,3%
перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано **пригодным** к применению.

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-57232021>

Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: 57232021

Поверитель Саунин Алексей Валентинович
фамилия, инициалы

Знак поверки: _____

должность руководителя или другого уполномоченного лица

подпись

фамилия, инициалы

Дата поверки: 07.04.2021